

○ (족부외피 교환) 2019.1.1.자로 32,000원 → 45,850원으로 인상

- 3년만에 200% 정도의 인상요인이 또 발생?

- 2019년 당시 기존 재활공학연구소에서 기술이전을 통해 제품 생산/공급을 하던 업체단가 상승으로 인하여 수가 인상 요청
- 현재 수가 기준(45,850원)은 재활공학 연구소 개발 제품을 기준으로 수가 책정되어 있으며, 현재 타 기관 및 업체에서 일반적으로 사용하는 외산 제품과 가격차이가 상당함.
- 기술 이전된 업체에서 공급받던 족부 외피의 지속적인 품질 문제 및 제품 생산 중단으로 현재는 외산 제품을 환자에게 공급 중이며, 기존 연구소 제품과의 가격차이로 인하여 상당부분은 환자가 부담하고 있음.
- 신규 생산업체 확보 또는 신규 족부를 개발 중에 있으나, 생산 단가 및 인건비 상승 등으로 이전과 동일한 가격의 족부 공급은 어려울 것으로 보이며, 연구소 제품 이외의 일반적수준의 외산 제품이 지급 가능하도록 수가 인상 필요

○ (영덩이관절 의지 장식 교환) 단가인상 300%??

- 영덩이관절 의지의 경우 다른 환자에 비하여 대상자가 적어 (재활공학연구소 기준 대상자가 1년에 1명 내외) 국내/외에서 제품 개발 및 생산이 원활하지 않음.
- 상기 이유로 제품의 수급 자체가 어렵고, 단가가 높아 현재 제작에 사용 가능한 고관절 부품 금액(1,360,000원)이 현행 수가(541,000원)보다 높음, 그 외의 인건비, 기타 부품비 등을 고려하면 수가 인상 시급함.

○ (음압식 밸브 교환) 일반 흡인 밸브와의 차이점, 꼭 필요한 사유

- 과거와 달리 현재 음압을 이용한 방식도 다양화됨에 따라 밸브의 종류도 다양하게 형성되어 있으며, 기존 단순방식의 마개 형태와 달리 사용자의 편의성, 정교한 음압형성, 제작 방식 등에 따라 밸브의 가격이 천차만별인 상황
- 기존 수가 인상을 고려할 수도 있으나, 기존 단순 방식의 밸브와 제품 금액차이가 상당하여, 이중요양비 청구 시 과도한 수가 청구로 연결될 우려가 있고 제품 특징에 차이가 있어 신규 생성이 합리적일 것으로 보임.

○ (족부외피 교환-고기능형) 고기능형 인공발은 족부외피 재료도 다른 건 지?



- 인공발의 형태가 제조사, 활동등급 등에 따라 다양하며, 해당 모델에 맞는 족부외피가 정해져 있는데, 고기능 인공발의 경우 발의 움직임, 내구성 등을 고려해 제작되다보니 외피의 금액도 일반형보다 고가임.
- 과도한 이중요양비 청구를 고려하여, 기존 외피 교환과 구분된 수가 산정이 필요

- 첨부자료에 있는 이미지 사진 중 스펙트라삭스 용도는?

- 인공발을 스펙트라삭스를 씌우고 족부외피에 넣어 사용
- 제품손상 및 소음방지의 역할을 함 (인공발의 모서리 부분 등에 족부외피가 찢어지거나, 마찰로 인한 소음 발생이 되지 않도록 함)

○ (벨크로 교환) 현재 상완밴드, 어깨밴드 교환 수리료는 있음. 벨크로는 하지의지 용으로 신청한 것인지?

- 상완밴드, 어깨밴드는 의지를 신체에 헐가하기 위하여(매달기 위하여) 사용하는 밴드
- 벨크로 교환은 상지, 하지 무관하게 벨크로(찍찍이)가 오래 사용되면서 접착력을 잃어 교체를 하는 경우 사용하기 위한 수가



<짧은 팔 보조기>



<짧은 다리 플라스틱 보조기>



<의족-일반형>