

소속병원 요양급여 산정기준 개선 의견

항목 (코드)	현행 기준	개선 의견	개선 사유 및 기대효과	비고
		(신설)집중재활치료 중 취형료	· 기존 의지·보조기 제작 과정 중 취형 과정 수가에 미 반영 · 의지보조기 제작 수가 상승 기대 · 아급성기 절단 환자들은 절단부분의 안정화가 필요한 상태(부종, 땀 등으로 지속적인 체적 변화가 생김) · 소켓을 제작하기 이전단계로 절단부 취형을 해야하며, 관리가 중요함.	품목의 취형 시간?
		(신설)집중재활치료 시착용 의지 제작	· 아급성기 환자의 최종 의지 제작 전 환부 변화 및 불편사항을 확인하기 위한 시착 의지 제작 필요 · 환자의 고유수용성 감각 증가 및 고품질 의지 제작 가능, 최종 의지 제작의 재제작 감소 등 업무 효율성 향상 · 시착 가능한 투명소켓으로 환부의 변화 및 불편사항 체크 · 의지를 사용하여, 서있는 경우와 움직임이 있는 경우에 따라 절단부와 의지의 정렬을 맞춰야 함. · 최종 의지 지급시 고품질의 의지 제작 가능한 기초 자료가 되며, 고유수용성감각(proprioceptive)이 증가됨.	
		(신설)기능형의수 주관절장치(고기능형)	· 일반적 의수로 기능 발휘가 불가능한 환자의 경우 (짧은 절단단, 제한된 관절운동 범위 등) 고기능성 주관절/완관절 장치가 필요하며, 현재 수가 기준으로는 지나친 개인 부담금 발생	
		(신설)기능형의수 완관절장치(고기능형)	· 환자의 일상생활 동작 향상 및 직무 복귀율 상승 · 일반적으로 사용하는 주관절 및 완관절 장치로는 의수 기능을 발휘하지 못하는 경우(짧은 절단단, 제한된 관절운동 범위 등) 적정수준 이상의 장치가 필요 · 현재 요양급여 내 산정된 장치의 가격은 지나치게 낮은 상태 · 고기능의 장치를 활용하여 훈련을 진행하는 것이 필요	

	(신설)제작기사 상담료	· 처방 및 의지보조기 제작에 필요한 환자 상담 시간 수가 미 반영 · 최종 의지보조기 지급 시 환자의 만족도 상승 · 의지·보조기를 제작할 경우 환부 상태, 활동정도 등을 파악하여 제작을 진행 · 처방과 관련하여 상세한 상담이 진행되어야 의지보조기 제작 계획, 환자의 재활 치료, 의지 사용시 만족도 향상	
	(신설)집중재활치료 중 임시 소켓 재제작료	· 아급성기 환자의 경우 재활훈련 과정에서 환부의 변화 및 통증 발생 등으로 소켓의 수정/재제작이 발생 · 환자 만족도 증가 및 재활치료 효율성 증가 · 소켓 제작 시, 많은 수정과 소켓 적응 훈련이 필요 · 집중재활치료를 진행하면서 2~3회 이상의 체크소켓 제작이 반드시 필요 · 환부의 변화에 따른 수시 처방의 필요성	
	(신설)제작기사 의지 사용자 훈련 교육료	· 절단부 관리, 의지/보조기 관리방법 등 사용자 훈련 필요 및 기존 수가 미 반영 · 올바른 의지/보조기 사용으로 환자 만족도 증가 및 불필요한 수리 감소 기대 · 재활보조기구 제작 후 착용방법, 관리방법 등 단순 지급이 아닌 사용자 교육이 필수적으로 필요 - 절단부 관리 방법: 연성드레싱방법(탄력붕대를 감는 방법, 쉬링커 착용법 등) - 실리콘라이너 관리방법(세척, 건조, 보관방법 등) - 의지 사용 시, 사용법 및 유의사항 교육(의지에 앉기, 계단오르기, 목발 사용하여 걷기 등)	

		(신설)의지(무릎/발) 예비 부품 사용료(시착료)	· 환자 환부, 활동성, 생활환경 등 특성에 따른 의지 부품 적용 필요에 따라 집중 재활치료 기간 동안 다양한 제품의 사용 경험 제공이 필요 · 제품에 따라 의지의 높이, 정렬 등 여러 수정 사항이 필요 · 최적의 의지 사용으로 환자의 일상생활 만족도 및 직무 복귀 가능성 기대 · 현재 의지시장에는 다양한 무릎(발)이 있는 상태 · 환자의 생활환경, 활동성에 따라 사용할 수 있는 제품이 다름 · 시착에 따른 높이조절, 정렬조절, knee setting 등이 필요 · 집중재활치료 기간 동안 선택한 의지 부품이 환자에게 적합한지 평가 가능 · 부품별 기능 차이를 설명해주고, 사용자 훈련 필요, 환자에게 적합한 제품 선택할 수 있도록 진행 · 유지기시 착용 부품 선정에 도움	
		(신설)의지·보조기 기타, 처리료	· 환자 환부의 특이성, 사용 환경의 차이 등으로 다양한 수리 사항 발생 · 단순 수리 난이도 별로 구분하여 시행함으로써 처방 효율성 상승 및 수리 상황에 따른 적절한 수가 발생 · 재활보조기구 처방전 같은 경우 큰 틀에서 수리가 가능한 상태 - 넓적다리의지 실리콘내피교환, 넓적다리의지 소켓교환 등 · 재활보조기구 처방 외 단순한 서비스를 원하여 방문하는 경우 빈번히 발생 - 의지 길이 수정, 의지 정렬 변경, 하네스 수정, 소켓 수정 등 · 단순수리 난이도 별로 구분하여 시행	